MASS SPECTROMETRY REPORT

10-Mar-2017
14:06:01

Probe:	ESI	Capillary:	3.00KV
Cone:	50v	Extractor:	5v
Desovation Temp :	350	Gas Flow :	350

170310-28 858 (15.859) Cm (855:859-859)

Scan ES+
5.67e5



Sample Description		Instrument	Waters ZQ2000		
Analyzed date:	2014-03-10	Probe:	ESI	Probe Bias:	+ 4.5kv
Analyst:	YU	Nebulizer Gas Flow:	1.5L/min	Detector:	1.5kv
Sample:	V-15	CDL:	-20.0v	T. Flow:	0.2ml/min
M.W.:	1638.87	CDL Temp.:	250 °C	B. Conc.:	50%H2O/50%ACN
Lot. No.:	P140303-CJ566027	Block Temp.:	200 °C		