
MASS SPECTROMETRY REPORT

09-Jan-2018
11:04:11

Probe: ESI Capillary:3.00KV
Cone: 50v Extractor: 5v
Desovation Temp :350 Gas Flow : 350

180109-15- 96 (1.774) Cm (93:96)

Scan ES-
9.55e4



Sample Description		Instrument	Waters ZQ2000		
Analyzed date:	2018-01-09	Probe:	ESI	Probe Bias:	＋4.5kv
Analyst:	YU	Nebulizer Gas Flow:	1.5L/min	Detector:	1.5kv
Sample:	C-13	CDL:	-20.0v	T. Flow:	0.2ml/min
M.W.:	1407.53	CDL Temp.:	250 °C	B. Conc.:	50%H2O/50%ACN
Lot. No.:	P171225-WD627146	Block Temp.:	200 °C		