
HPLC REPORT

Sample: P-16 Analyzed date: 2016-12-23
Analyst: FS
Lot. No.: P161219-SW627449
Column: 4.6*250mm, Welch CX-C18 5um
Solvent A A: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Acetonitrile
Solvent B B: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Water
Gradient:

	A	B
0.0min	23%	77%
25.0min	48%	52%
25.1min	100%	0%
30.0min	Stop	

Volume: 20µl
Wavelength: 220nm
Flow rate: 1.0ml/min



Rank	Time	Conc.	Area
1	10.325	1.504	86285
2	10.465	89.07	5109261
3	10.868	8.658	496723
4	15.446	0.3972	22785
5	16.235	0.09816	5632
6	17.253	0.2766	15868
Total		100	5736554