
MASS SPECTROMETRY REPORT



Sample Description		Instrument	SHIMADZU LCMS-2020		
Analyzed date:	2013-7-12	Probe:	ESI	Probe Bias:	＋4.5kv
Analyst:	SHAO	Nebulizer Gas Flow:	1.5L/min	Detector:	1.5kv
Sample:	5-210 CK-12	CDL:	-20.0v	T. Flow:	0.2ml/min
M.W.:	1469.59	CDL Temp.:	250 °C	B. Conc.:	50%H2O/50%ACN
Lot. No.:	P130705-ZL358171	Block Temp.:	200 °C		