HPLC REPORT

Sample: C-14 Analyzed date: 2014-10-24
Analyst: LY
Lot. No.: P140922-YS608597
Column: Kromasil-C18, 4.6*250mm, 5μm
Solvent A A: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Acetonitrile
Solvent B B: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Water

Gradient:

	A	B
0.0min	16%	84%
25.0min	41%	59%
25.1min	100%	0%
30.0min	Stop	

Volume: 10μl
Wavelength: 220nm
Flow rate: 1.0ml/min



Peak No	Ret Time	Height	Area	Conc.
1	9.683	16736.082	195788.719	4.8944
2	9.967	447687.781	3514787.250	87.8643
3	10.297	21047.375	269910.625	6.7474
4	11.327	2860.868	19756.830	0.4939
Total				100.00