# HPLC REPORT

Sample: G-15 Analyzed date: 2017-08-24
Analyst: YW
Lot. No.: P180822-SY673214
Column: 4.6×250mm, Kromasil 100-5-C18
Solvent A A: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Acetonitrile
Solvent B B: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Water

Gradient:

| | A | B |
|---|---|---|
| 0.0min | 15% | 85% |
| 25.0min | 40% | 60% |
| 25.1min | 100% | 0% |
| 30.0min | Stop | |

Volume: 5μl
Wavelength: 220nm
Flow rate: 1.0ml/min




| Peak | Time | Height | Area | Conc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.593 | 2377.187 | 37624.039 | 0.4160 |
| 2 | 10.690 | 32541.084 | 635638.500 | 7.0278 |
| 3 | 11.017 | 514821.469 | 8175768.000 | 90.3941 |
| 4 | 11.017 | 6002.346 | 106586.188 | 1.1785 |
| 5 | 12.623 | 6468.695 | 88965.969 | 0.9836 |
| Total | | | | 100.000 |